

Возможности прибора:

Параметр	Содержание	Ссылка	Примечание
Определение	Исследовательский (RON), базовый (MON) метод.		
Антидетонационная стойкость	ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2009-84), ИСО 6743-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51106-97		
Определение	Однотопливный (ASTM D 4737-06), Гост 8122-67 (ASTM D 4737-06), EN 1305-05		для дизельного топлива
Определение	Факельный метод		для дизельного топлива
Определение	Тип топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры окружающей среды		

- Возможность проводить измерения, формируя при этом таблицу замеров в текстовом формате или в формате Microsoft Excel, содержащую информацию о пробе (наименование продукта, место замеров, режим измерения, октановое число по исследовательскому и по моторному методам и т.д.);
- Отображение результатов измерений, информации о режимах работы прибора в

удобной форме на экране компьютера;

- Коррекция становится более простой;
- Возможность загрузки результатов измерений из памяти прибора в программу компьютера;
- Возможность обновления базы данных интегральных параметров топлив (создания индивидуальной программы измерений по желанию заказчика).

