

## Высокая точность обеспечивает экономичность:

- Корректор объёма газа преобразует измеренный объем газа в нормативные кубометры, учитывая температуру, давление и степень сжатия.
- Измерение реального потребления газа с учётом затрат
- Оперативность при работе в дистанционном режиме
- Долгий срок службы, надёжность и универсальность в работе
- Заводская калибровка согласно параметрам заказчика

### Общие сведения

|                                         |                                                   |                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область измерения                       | До 63 бар абс. давления                           | Рабочая температура | - 20 до +50 °C при 95 % отн. вл.                                                                            |
| Точность вычисления                     | 0,01 - 0,2%                                       | Темпер. хранения    | - 30 до +70 °C при 95% отн.влажн.                                                                           |
| Стандарт вычисления                     | AGA NX 19, NX 19 мод.,<br>GERG 91 мод. и ISO 5167 | Степень защиты      | IP 65                                                                                                       |
| Длительность работы<br>батарей пит. RAM | 10 лет                                            | Габариты (ш, в, г)  | 400 мм x 200 мм x 55 мм                                                                                     |
|                                         |                                                   | Вес                 | 3,6 кг                                                                                                      |
|                                         |                                                   | Дополнения          | Соответ. стандар.: BS 4161: часть 8:<br>1987, pr EN12405, ГОСТ ПР50.2-019-<br>2006, ГОСТ 8.586.(1-5) - 2005 |